

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	UK-3LF – 2ks hlubokomrazicí boxy
Zadavatel	Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 IČO 00216208, DIČ CZ00216208 týká se součástí: 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10

Výstižný název přístroje		Hlubokomrazicí box
Kód CPV	primární zařazení	38-Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení
	sekundární zařazení	
Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry)		<ul style="list-style-type: none"> • objem 500-550 litrů • trvale udržitelná teplota -86 °C při okolní teplotě až +30 °C • nastavení teploty v rozsahu -50 °C až -90 °C • Spotřeba méně než 7 KWh/24h – doložit z veřejně dostupných zdrojů • Možnost uložení alespoň 380 ks krabiček o výšce 51 mm v kovových stojanech- HC (uhlovodíkové) chladiivo na přírodní bázi, nulový efekt ve vztahu k ozonové vrstvě • možnost dovybavení externím teplotním monitoringem teploty • možnost dovybavení telefonním hlásičem, který v případě alarmu může posílat SMS nebo telefonovat na mobilní i pevná čísla • VIP izolace (zadní stěna maximálně 790 mm) a nastěhování dveřmi 80 cm bez demontáže • velký dotykový LCD displej s pamětí průběhu teplot • USB port pro přenos uložených dat • Libovolně nastavitelná rozteč polic, pojezdová kolečka • 2 plnohodnotné izolované vnitřní dveře vyjímatelné pro snadnou údržbu • minimálně 1 průchodka pro teplotní čidlo • Optický a akustický alarm pro: výpadek proudu, výkyvy teplot, otevřené dveře, závada chlazení • Zdravotnický prostředek podle 93/42/EC, žádáme doložit povinnou registraci na SUKL

	<ul style="list-style-type: none"> • doklad o autorizaci prodávajícího výrobcem k prodeji a servisu jeho výrobků, požadujeme předložit prostou kopii dokladu v AN nebo ČJ • Databázový software v českém jazyce pro evidenci a vyhledávání vzorků, krabiček a držáků v mrazicích boxech, s možností čtení čárových kódů. Software musí umožnit vyhledat kryozkumavky podle jejích čísel nebo čárového kódu (určit držák, krabičku a pozici v krabičce), žádáme demo verzi přiložit k nabídce • záruka nejméně 2 roky
Hlavní účely využití	Udržování nízké teploty pro archivaci biologických vzorků
Počet kusů v dodávce	2
Celková maximální cena dodávky	470 000 Kč bez DPH