



Písemná zpráva zadavatele

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Název zakázky:	FAF UK – Potenciostat
Druh a rozsah zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona.
Datum vyhlášení zakázky:	19. 03. 2020
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo jednající součásti:	Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Zastoupený: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

1.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí 458 196 Kč bez DPH



2. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena

Číslo nabídky	Obchodní firma sídlo, IČO	Datum a čas přijetí	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Metrohm Česká republika s.r.o. , IČO: 28984781, sídlo: Na Harfě 935/5c, 190 00 Praha	17.04.2020, v 11:20 hod.	458 196
2.	Intertec s.r.o. , IČO: 00692972, sídlo: Hronská 6, 974 06 Banská Bystrica	20.04.2020, v 22:21 hod.	430 000

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen tento účastník:

Intertec s.r.o., IČO: 00692972, sídlo: Hronská 6, 974 06 Banská Bystrica

Odůvodnění vyloučení účastníka ze zadávacího řízení:

Zadavatel vyloučil účastníka č. 2 z důvodu níže uvedeného nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel /prostřednictvím hodnotící komise/ po provedené kontrole nabídky účastníka č. 2 zjistil níže uvedené nejasnosti.

Z tohoto důvodu dne 24. 04. 2020 požádal zadavatel účastníka č. 2 o následující objasnění:

„Vážený účastníku,

v rámci veřejné zakázky, podala společnost:

INTERTEC s.r.o., IČO: 00692972, adresa: Hronská 6, Banská Bystrica, nabídku.

Hodnotící komise po provedené kontrole Vaší nabídky zjistila níže uvedené nejasnosti či chybějící doklady.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o objasnění níže uvedených nejasností resp. doplnění chybějících dokladů:

1. Krycí list nabídky

V nabídce jste nedoložili vyplněný Krycí list nabídky. Hodnotící komise Vám tímto dává možnost tento doklad doložit v dodatečné lhůtě.

2. Technická kvalifikace - Seznam významných dodávek

V nabídce jste nedoložili Seznam významných dodávek dle požadavku v bodě 7.3 zadávací dokumentace. Hodnotící komise Vám tímto dává možnost tento doklad doložit v dodatečné lhůtě.



Citace:

„7.3 Technická kvalifikace

- Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ:

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat realizace alespoň jedné (1) zakázky na dodávky, jejichž předmětem byla obdobná dodávka předmětu plnění, tj. dodávka potenciostatu, přičemž hodnota jedné zakázky bez daně z přidané hodnoty byla alespoň 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky v Kč bez DPH.“

3. Příloha č. 2a Technická specifikace – nejasnost ve splnění technických parametrů

Hodnotící komise má pochybnosti, zda splňujete požadavek na modularitu dle zadávacích podmínek:

Citace: „Potenciostat/galvanostat modulárního typu s možností provádět experimenty ve dvou-, tří- nebo čtyřelektrodovém uspořádání. Modularita znamená možnost budoucího rozšíření spektra měřících metod například o polarografii.“ **Objasněte tuto nejasnost.**

4. Příloha č. 2a Technická specifikace – nejasnost ve splnění technických parametrů

Z Vaší nabídky jednoznačně nevyplývá, že nabízíte i požadované příslušenství (citace: „Jako součást dodávky požadujeme kompletní měrnou nádobku s elektrodami a připojovacími vodiči.“). **Objasněte tuto nejasnost.**

Požadované objasnění resp. doplnění Vaší nabídky doručte zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_3500.html,

a to v termínu do 3 pracovních dnů ode dne doručení této zprávy.

V případě, že požadované objasnění resp. doplnění Vaší nabídky zadavateli ve výše uvedené lhůtě nedoručíte nebo nepožádáte o prodloužení lhůty, může být Vaše společnost ze zadávacího řízení vyloučena.“

Účastník žádné objasnění ani doklady v požadované lhůtě zadavateli nedoručil, a to ani přesto, že jej zadavatel kromě odeslání žádosti prostřednictvím profilu zadavatele dne 24. 04. 2020, navíc 2x e-mailem urgoval, a to dne 28. resp. 30. 04. 2020 na e-mailovou adresu Ing. Vladimíra Kolárika, člena statutárního orgánu společnosti.

Z tohoto důvodu zadavateli nezbylo než účastníka vyloučit z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a z důvodu neobjasnění resp. nedoplnění nabídky dle ust. § 46 zákona, a to v souladu s ust. § 48 odst. 2, písm. a) a b) zákona.

4. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva s odůvodněním jeho výběru

a. Identifikační údaje dodavatele

ARSENAL s.r.o., IČO: 49359312, sídlo: Na zámkách 53/45, 181 00 Praha



b. Odůvodnění výběru dodavatele

Účastník prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených zákonem a zadavatelem zadávacími podmínkami. S ohledem na skutečnost, že účastník nabídl nejvýhodnější nabídku, stal se vybraným dodavatelem.

5. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Účastník při plnění veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadána.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Podání nabídek bylo umožněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupným na: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů žádné osoby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky spočíval v jednom druhu požadovaného plnění. Toto plnění, i v případě, že by bylo rozděleno na dílčí části, mohlo být plněno zcela stejným okruhem dodavatelů.

13. Odůvodnění stanovení požadavků na prokázání obrátu

Irelevantní pro potřeby předmětného zadávacího řízení, jelikož zadavatelem nebyl stanoven požadavek na prokázání obrátu.

Hradec Králové

18. 06. 2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové