

# Písemná zpráva zadavatele

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zakázky:</b>                       | <b>FAF UK – Hmotnostní spektrometr TLC-MS</b>                                           |
| <b>Druh a rozsah zakázky:</b>               | Veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona. |
| <b>Datum vyhlášení zakázky:</b>             | 24. 02. 2020                                                                            |
| <b>Název zadavatele, jednající součást:</b> | Univerzita Karlova,<br>Farmaceutická fakulta v Hradci Králové                           |
| <b>Sídlo jednající součásti:</b>            | Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové                                     |
| <b>Osoba zastupující zadavatele:</b>        | prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.                                                     |

## 1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

### 1.1. Identifikační údaje zadavatele

**Název:** Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

**Sídlo:** Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové

**IČO:** 00216208

**Zastoupený:** prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

### 1.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.

### 1.3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí 2 799 724 Kč bez DPH

## 2. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena

| Číslo nabídky | Obchodní firma<br>sídlo, IČO                                                                                      | Datum a čas přijetí          | Nabídková<br>cena v Kč bez<br>DPH |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.            | <b>Chromservis s.r.o.</b> , IČO: 25086227, sídlo: Jakobiho 327, 109 00 Praha 10                                   | 20.04.2020,<br>v 09:03 hod.  | 2 799 724                         |
| 2.            | <b>SHIMADZU Handels GmbH</b> -organizační složka, IČO: 15887103, sídlo: Praha 5 - Stodůlky, K Hájům 2, PSČ 155 00 | 22.04.2020,<br>ve 20:15 hod. | 2 548 000                         |

## 3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen tento účastník:

**SHIMADZU Handels GmbH**-organizační složka, IČO: 15887103, sídlo: Praha 5 - Stodůlky, K Hájům 2, PSČ 155 00.

### Odůvodnění vyloučení účastníka ze zadávacího řízení:

Zadavatel vyloučil účastníka č. 2 z důvodu níže uvedeného nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel /prostřednictvím hodnotící komise/ po provedené kontrole nabídky účastníka č. 2 zjistil níže uvedené nejasnosti.

Z tohoto důvodu dne 04. 05. 2020 požádal zadavatel účastníka č. 2 o následující objasnění:

„Vážený účastníku,

*v rámci veřejné zakázky, podala společnost:*

*SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka, IČO: 15887103, sídlo: Praha 5 - Stodůlky, K Hájům 2, PSČ 15500, nabídku.*

*Hodnotící komise po provedené kontrole Vaší nabídky zjistila níže uvedené nejasnosti:*

*Z tohoto důvodu Vás žádáme o objasnění níže uvedených nejasností:*

### **Příloha č. 2a Technická specifikace – nejasnost ve splnění technických parametrů:**

*a) V nabídce uvádíte, že MS software plně ovládá všechny části sestavy včetně TLC interface. Dle znalostí zadavatele toto není možné u nabízeného TLC interface firmy Camag. Z tohoto důvodu Vás žádáme o doplnění informace, jak komunikace nabízeného softwaru LCMS LabSolutions s TLC interface probíhá? **Objasněte tuto nejasnost.***

*b) V nabídce dále uvádíte, že součástí je i možnost přímého zavádění pevného vzorku za atmosférického tlaku (atmospheric solids analysis probe, ASAP) – tzn. možnosti odebrat pevný vzorek a použít jej přímo k analýze,*

a to včetně vzorků citlivých, které je nutné nabírat pod inertní atmosférou. Z veřejně dostupných podkladů pro nabízený LCMS-2020 tuto možnost tento systém nenabízí. **Objasněte tuto nejasnost.**

Požadované objasnění Vaší nabídky doručte zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese: [https://zakazky.cuni.cz/contract\\_display\\_3414.html](https://zakazky.cuni.cz/contract_display_3414.html),

**a to v termínu do 5 pracovních dnů ode dne doručení této zprávy.**

**V případě, že požadované objasnění Vaší nabídky zadavateli ve výše uvedené lhůtě nedoručíte nebo nepožádáte o prodloužení lhůty, může být Vaše společnost ze zadávacího řízení vyloučena.**

V Hradci Králové dne 04. 05. 2020.“

Účastník dne 04. 05. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele doručil následující objasnění:

Dobrý den,

Níže zasíláme odpověď na žádost o objasnění:

- a) Nastavení modulu TLC-MS interface Camag se provádí ručně. Software LabSolutions LCMS přímo neumí ovládat interface - ze zadávací dokumentace jsme pochopili, že ovládání interface bude stačit pomocí funkce start/stop.
- b) Shimadzu pro detektor LCMS-2020 nabízí mnoho typů ionizačních jednotek. Jednou z nich je ASAP (atmospheric solids analysis probe), která má možnost měřit pevné vzorky, a to včetně citlivých, které je nutné nabírat inertní atmosférou. Tento typ ionizační jednotky je dělán na míru pro detektor Shimadzu LCMS-2020 a není proto oficiálně zařazen ve veřejně dostupných zdrojích.

Na základě odpovědi (a) je jasné, že jsme nesplnili požadovanou specifikaci výběrového řízení. Tímto se chceme omluvit zadavateli i ostatním účastníkům výběrového řízení. Při podání nabídky došlo k neúplnému pochopení zadávacích podmínek.

V Praze dne 4. 5. 2020

Theodor Petřík Digitally signed by Theodor Petřík  
Date: 2020.05.04 12:58:34 +02'00'

Ing. Theodor Petřík, CSc.  
Vedoucí Shimadzu Česká republika

Na základě shora uvedené odpovědi ze dne 04. 05. 2020 zadavateli nezbývá než účastníka vyloučit dle ust. § 48 odst. 2, písm. a) zákona, z další účasti v zadávacím řízení, pro nesplnění zadávacích podmínek.

#### **4. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva s odůvodněním jeho výběru**

##### **a. Identifikační údaje dodavatele**

**Chromservis s.r.o.**, IČO: 25086227, sídlo: Jakobiho 327, 109 00 Praha 10

##### **b. Odůvodnění výběru dodavatele**

Účastník prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených zákonem a zadavatelem zadávacími podmínkami. S ohledem na skutečnost, že účastník splnil zadávací podmínky jako jediný, stal se vybraným dodavatelem.

## **5. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele**

Účastník při plnění veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

## **6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

## **7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

## **8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

## **9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení**

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadána.

## **10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Podání nabídek bylo umožněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupným na: [https://zakazky.cuni.cz/profile\\_display\\_12.html](https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html).

## **11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů žádné osoby.

## **12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky spočíval v jednom druhu požadovaného plnění. Toto plnění, i v případě, že by bylo rozděleno na dílčí části, mohlo být plněno zcela stejným okruhem dodavatelů.

### **13. Odůvodnění stanovení požadavků na prokázání obratu**

Irelevantní pro potřeby předmětného zadávacího řízení, jelikož zadavatelem nebyl stanoven požadavek na prokázání obratu.

Hradec Králové

03. 07. 2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové