



Písemná zpráva zadavatele

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Název zakázky:	FAF UK – LYOFILIZÁTOR
Druh a rozsah zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona.
Datum vyhlášení zakázky:	15. 04. 2020
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo jednající součásti:	Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Zastoupený: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

1.2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lyofilizátoru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě činí 888 000 Kč bez DPH



2. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídková cena

Číslo nabídky	Obchodní firma sídlo, IČO	Datum a čas přijetí	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	BioTech a.s., IČO: 25664018, sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha	14.05.2020, v 14:20 hod.	888 000
2.	Pragolab s.r.o., IČO: 48029289, sídlo: Nad Krocínkou 285/55, 190 00 Praha	18.05.2020, v 12:08 hod.	1 472 167

3. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byl vyloučen tento účastník:

Pragolab s.r.o., IČO: 48029289, sídlo: Nad Krocínkou 285/55, 190 00 Praha

Odůvodnění vyloučení účastníka ze zadávacího řízení:

Zadavatel vyloučil účastníka č. 2 z důvodu níže uvedeného nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel /prostřednictvím hodnotící komise/ po provedené kontrole nabídky účastníka č. 2 zjistil níže uvedené nejasnosti.

Z tohoto důvodu dne 29. 05. 2020 požádal zadavatel účastníka č. 2 o následující objasnění:

“Vážený účastníku,

v rámci veřejné zakázky s názvem: **FAF UK - LYOFILIZÁTOR** podala společnost Pragolab s.r.o. nabídku. Hodnotící komise po provedené kontrole Vaší nabídky zjistila některé nejasnosti.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o objasnění níže uvedených nejasností resp. doplnění chybějících údajů:

Technické specifikace:

- a) Z Vaší nabídky není hodnotící komisi zřejmé, zda splňujete tyto technické parametry:
*Předmrazení vzorku na teplotu -75 °C nebo nižší
Rychlost ohřevu i chlazení mohou být nastaveny alespoň v rozsahu 0,05 °C – 3 °C/min
Automatický nebo manuální lyofilizační programový systém umožňující nastavení sušicích programů a jejich uložení podle uživatele, nejméně o 10 ti krocích
Systém umožňující spravování alarmů, chybových hlášení a reportů. Možnost odesílání chybových emailů na uživatelem zadané emailové adresy
Systém vybavený dataloggingem a možností exportu dat ve formátu Excel nebo pdf pomocí USB nebo Ethernet. Kompatibilita s Windows*
Objasněte tyto nejasnosti např. formou katalogových či technických listů resp. doplňte chybějící údaje, aby bylo jednoznačně zřejmé, že splňujete i tyto parametry.
- b) Dle informací z Vaší nabídky má hodnotící komise pochybnosti, zda splňujete tyto technické parametry:



Je Vámi nabízený systém skutečně vybavený **pneumatickým** systémem zavírání vialék pod vakuem, bez nutnosti napojení přístroje na externí zdroj stlačeného plynu?

Skutečně má nabízený lyofilizátor max. rozměry: 800 x 800 x 750?

Součástí nabídky zařízení je adekvátní hybridní vakuová pumpa – kombinace rotační olejové pumpy a membránové pumpy, která zajistí chemickou rezistenci a dostatečný výkon. Lyofilizátor si pumpu řídí automaticky. Dosažitelné maximální vakuum alespoň 2×10^{-3} mbar, čerpací rychlost alespoň 5,7 - 5,9 m³/h (nejméně 95 l/min) při 230 V a 50 Hz. Součástí filtr, který zajistí separaci kapének oleje a zabrání kontaminaci - Nabízíte pumpu - model RZ-6. Dle názoru hodnotící komise se jedná o rotační vývěvu nikoliv hybridní, která kombinuje rotační a membránovou pumpu?

Objasněte tyto nejasnosti resp. doplňte chybějící údaje

Požadované objasnění resp. doplnění Vaší nabídky doručte zadavateli buď e-mailem na tuto adresu nebo prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele, **a to v termínu do 3. června 2020 (včetně).**

V případě, že požadované objasnění resp. doplnění Vaší nabídky zadavateli ve výše uvedené lhůtě nedoručíte nebo nepožádáte o prodloužení lhůty, může být Vaše společnost ze zadávacího řízení vyloučena.

PROSÍM O POTVRZENÍ PŘIJETÍ TÉTO ZPRÁVY

Děkuji a jsem s pozdravem"

Účastník dne 03. 06. 2020 doručil prostřednictvím e-mailu následující sdělení:

"Dobrý den,

Vzhledem ke změnám v technické specifikaci nabízeného lyofilizátoru a tím spojené konečné ceně přístroje musíme z uvedeného výběrového řízení odstoupit. Za způsobené komplikace se omlouváme.

S pozdravem Ing. Jiří Dalecký PRAGOLAB s.r.o."

Z tohoto důvodu zadavateli nezbylo než účastníka vyloučit z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a z důvodu neobjasnění resp. nedoplnění nabídky dle ust. § 46 zákona, a to v souladu s ust. § 48 odst. 2, písm. a) b) zákona.

4. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva s odůvodněním jeho výběru

a. Identifikační údaje dodavatele

BioTech a.s., IČO: 25664018, sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha

b. Odůvodnění výběru dodavatele

S ohledem na skutečnost, že do fáze hodnocení postoupila pouze nabídka účastníka č. 1, v souladu s § 122 odst. 2 zákona zadavatel vybral účastníka č. 1 jako vybraného dodavatele bez provedení hodnocení.



5. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Účastník při plnění veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Veřejná zakázka je zadána.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Podání nabídek bylo umožněno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupným na: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci předmětného zadávacího řízení nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů žádné osoby.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Irelevantní pro potřeby zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky spočíval v jednom druhu požadovaného plnění. Toto plnění, i v případě, že by bylo rozděleno na dílčí části, mohlo být plněno zcela stejným okruhem dodavatelů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



13. Odůvodnění stanovení požadavků na prokázání obratu

Irelevantní pro potřeby předmětného zadávacího řízení, jelikož zadavatelem nebyl stanoven požadavek na prokázání obratu.

Hradec Králové

27. 07. 2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové